

ENGLISH
<b>MIXING AND APPLICATION</b>
<div><ul style="list-style-type: none"><li>Extrude equal amounts of base and catalyst</li><li>Dispense LIFE just prior to using</li><li>Do not interchange caps</li><li>Wipe nozzle of each tube before replacing cap</li><li>Mix with small spatula for 10 seconds - until streak free</li><li>Place immediately into cavity with Kerr ballpoint applicator</li><li>Wipe applicator tip before replacing into mix when successive applications are made</li></ul></div>

<b>Handling Features</b>
<div><ul style="list-style-type: none"><li>Adequate work time on the pad</li><li>Quick set in the mouth</li><li>Flow characteristics for controlled placement</li><li>Carveable</li></ul></div>
<b>CAUTIONS</b>
<div><ul style="list-style-type: none"><li>High temperature and humidity accelerate set time.</li><li>Store at ambient conditions.</li><li>Keep nozzle clean and replace the cap tightly after use.</li><li>When operating under "dry field" conditions (such as rubber dam) and using the acid-etch technique, there may be insufficient moisture on the cavity floor to effect the set of LIFE as promptly as desired. In such cases, place a small drop of water on the cavity liner. This will cause the material to set quickly.</li><li>Some bonding agents (chemically cured enamel bonding agents, chemically cured dentin/enamel bonding agents and some light activated dentin/enamel bonding agents) possess a high level of benzoyl peroxide and have the potential to cause discoloration of LIFE and LIFE FAST SET.</li><li>It is recommended that you test materials' compatibility by placing the bonding agent and/or dentin bonding agent on the surface of a set LIFE sample (on the mixing pad) to determine systems' compatibility.</li></ul></div>
<b>PROPERTIES</b>
<div><ul style="list-style-type: none"><li>Maintains pulp vitality in cases of exposures and near exposures</li><li>Promotes formation of reparative dentin</li><li>Insulates pulp against thermal shock</li><li>Protects pulp from permanently placed fillings</li><li>Has a high early strength (withstands packing pressures)</li><li>Resistant to acid etching</li><li>Does not inhibit polymerization of acrylic or composite restoration or accessories.</li></ul></div>
<b>WORK TIMES</b>
Work times on pad: <p>Life Minimum of 3 minutes at 75°F (24°C) and 50% humidity</p> <p>Life Fast Set Minimum of 2 minutes at 75°F (24°C) and 50% humidity</p>

<b>WORK TIMES</b>
Work times on pad: <p>Life Minimum of 3 minutes at 75°F (24°C) and 50% humidity</p> <p>Life Fast Set Minimum of 2 minutes at 75°F (24°C) and 50% humidity</p>

<b>WORK TIMES</b>
Work times on pad: <p>Life Minimum of 3 minutes at 75°F (24°C) and 50% humidity</p> <p>Life Fast Set Minimum of 2 minutes at 75°F (24°C) and 50% humidity</p>

<b>SPANISH</b>
<b>MEZCLA Y APLICACION</b>
<div><ul style="list-style-type: none"><li>Exprima cantidades iguales de base y catalizador</li><li>Dispense el material justo en el momento de usarlo</li><li>No intercambie las tapas</li><li>Limpie la boquilla de cada tubo antes de taparlos</li><li>Mexcle con una espátula pequeña por 10 segundos - color uniforme</li><li>Aplíquese inmediatamente en la cavidad con el aplicador esférico Kerr</li><li>Limpie la punta del aplicador antes de introducirlo en la mezcla si se van a hacer aplicaciones sucesivas</li></ul></div>
<b>DANSK</b>
<b>BRUGSANVISNING</b>
<div><ul style="list-style-type: none"><li>KERR Life er en hårdtørrende calciumhydroxyd cement med røntgenkontrast. KERR Life anbefales som bundækningsmateriale under alle former for fyldninger, inklusive amalgamer. Life er nemt at blande og giver rigelig tid til udførelse af flere appliceringer, men hærdet i kaviteten hurtigt til et hårdt lag, som kan carves.</li><li>Pres lige store dele base og katalysator ud på blandsingsblokken. Efter spidsen på hver tube for den skrues til, og pas på at hæfterne ikke ombyttes. Materialet bør først trykkes ud på blandsingsblokken umiddelbart for brug.</li><li>Bland base og katalisator med en lille spatel (KERR Mixing Spatula) i cirka 10 sekunder indtil blandingen er fuldstændig homogen. Placer straks Life i kaviterne med en ren, tør kuglestopper (KERR Ballpoint Applicator). For at undgå sammenblanding med det resterende materiale på blokken bør applikator-spidsen i tilfælde af flere på hindanden følgende appliceringer aftores mellem hver applicering.</li></ul></div>
<b>INDIATIONSSOMRÅDE:</b>
<div><ul style="list-style-type: none"><li>KERR Life er en hårdtørrende calciumhydroxyd cement med røntgenkontrast. KERR Life anbefales som bundækningsmateriale under alle former for fyldninger, inklusive amalgamer. Life er nemt at blande og giver rigelig tid til udførelse af flere appliceringer, men hærdet i kaviteten hurtigt til et hårdt lag, som kan carves.</li><li>Pres lige store dele base og katalysator ud på blandsingsblokken. Efter spidsen på hver tube for den skrues til, og pas på at hæfterne ikke ombyttes. Materialet bør først trykkes ud på blandsingsblokken umiddelbart for brug.</li><li>Bland base og katalisator med en lille spatel (KERR Mixing Spatula) i cirka 10 sekunder indtil blandingen er fuldstændig homogen. Placer straks Life i kaviterne med en ren, tør kuglestopper (KERR Ballpoint Applicator). For at undgå sammenblanding med det resterende materiale på blokken bør applikator-spidsen i tilfælde af flere på hindanden følgende appliceringer aftores mellem hver applicering.</li></ul></div>
<b>DEUTSCH</b>
<b>MISCHEN UND APPLIZIEREN</b>
<div><ul style="list-style-type: none"><li>Drücken Sie gleiche Mengen Basis und Katalysator auf den Mischblock</li><li>Entnehmen Sie das Material erst unmittelbar bar vor dem Gebrauch</li><li>Verwechseln Sie nicht die Verschlusskappen</li><li>Reinigen Sie jede Tubenöffnung vor Wiederverschluß von Materialrückständen</li><li>Mischen Sie 10 Sekunden mit einem kleinen Spatel — bis absolut streifenfrei</li><li>Füllen sie die Kavität umgehend mit dem Kerr-Kugelapplikator</li><li>Bei stufenweisem Applizieren reinigen Sie bitte das Füllungs-instrument, bevor Sie wieder angesichtigtes Material aufnehmen</li></ul></div>
<b>FRANCAIS</b>
<b>MELANGE ET APPLICATION</b>
<div><ul style="list-style-type: none"><li>Extraire une quantité égale de base et de catalyseur</li><li>Prélever LIFE juste avant la spatulation</li><li>Ne pas intervenir lié bouchons des tubes</li><li>Essuyer le pas de vis de chaque tube avant de reboucher</li><li>Mélanger avec une petite spatule pendant 10 secondes jusqu'à obtention d'un mélange homogène</li><li>Introduire immédiatement dans la cavité avec un applicateur dont l'extrémité est arrondie</li><li>Nettoyer l'extrémité de l'aapplicateur avant de prélever une nouvelle quantité de mélange lorsque des appliations successives sont pratiquées</li></ul></div>
<b>ITALIANO</b>
<b>MISCELAZIONE E APPLICAZIONE</b>
<div><ul style="list-style-type: none"><li>Spremere uguali lunghezze di base e catalizzatore sul cartoncino d'impasto</li><li>Distribuite il Life immediatamente prima di usarlo</li><li>Non scambiare i tappi sui tubetti</li><li>Pulire il beccuccio di ogni tubetto prima di richiuderlo</li><li>Miscelare la base e il catalizzatore con una spatola di piccole dimensioni per 10 secondi fino ad ottenere un colore uniforme</li><li>Applicare immediatamente il materiale Life nella preparazione con applicatore a punta sferica</li><li>Pulire la punta dell'applicatore prima di rimetterla nel materiale miscelato nel caso di applicazioni con aggiunte successive</li></ul></div>
<b>ENGLISH</b>
<b>MIXING AND APPLICATION</b>
<div><ul style="list-style-type: none"><li>Extrude equal amounts of base and catalyst</li><li>Dispense LIFE just prior to using</li><li>Do not interchange caps</li><li>Wipe nozzle of each tube before replacing cap</li><li>Mix with small spatula for 10 seconds - until streak free</li><li>Place immediately into cavity with Kerr ballpoint applicator</li><li>Wipe applicator tip before replacing into mix when successive applications are made</li></ul></div>
<b>Handling Features</b>
<div><ul style="list-style-type: none"><li>Adequate work time on the pad</li><li>Quick set in the mouth</li><li>Flow characteristics for controlled placement</li><li>Carveable</li></ul></div>
<b>CAUTIONS</b>
<div><ul style="list-style-type: none"><li>High temperature and humidity accelerate set time.</li><li>Store at ambient conditions.</li><li>Keep nozzle clean and replace the cap tightly after use.</li><li>When operating under "dry field" conditions (such as rubber dam) and using the acid-etch technique, there may be insufficient moisture on the cavity floor to effect the set of LIFE as promptly as desired. In such cases, place a small drop of water on the cavity liner. This will cause the material to set quickly.</li><li>Some bonding agents (chemically cured enamel bonding agents, chemically cured dentin/enamel bonding agents and some light activated dentin/enamel bonding agents) possess a high level of benzoyl peroxide and have the potential to cause discoloration of LIFE and LIFE FAST SET.</li><li>It is recommended that you test materials' compatibility by placing the bonding agent and/or dentin bonding agent on the surface of a set LIFE sample (on the mixing pad) to determine systems' compatibility.</li></ul></div>
<b>PROPERTIES</b>
<div><ul style="list-style-type: none"><li>Maintains pulp vitality in cases of exposures and near exposures</li><li>Promotes formation of reparative dentin</li><li>Insulates pulp against thermal shock</li><li>Protects pulp from permanently placed fillings</li><li>Has a high early strength (withstands packing pressures)</li><li>Resistant to acid etching</li><li>Does not inhibit polymerization of acrylic or composite restoration or accessories.</li></ul></div>
<b>WORK TIMES</b>
Work times on pad: <p>Life Minimum of 3 minutes at 75°F (24°C) and 50% humidity</p> <p>Life Fast Set Minimum of 2 minutes at 75°F (24°C) and 50% humidity</p>

<b>SPANISH</b>
<b>MEZCLA Y APLICACION</b>
<div><ul style="list-style-type: none"><li>Exprima cantidades iguales de base y catalizador</li><li>Dispense el material justo en el momento de usarlo</li><li>No intercambie las tapas</li><li>Limpie la boquilla de cada tubo antes de taparlos</li><li>Mexcle con una espátula pequeña por 10 segundos - color uniforme</li><li>Aplíquese inmediatamente en la cavidad con el aplicador esférico Kerr</li><li>Limpie la punta del aplicador antes de introducirlo en la mezcla si se van a hacer aplicaciones sucesivas</li></ul></div>
<b>DANSK</b>
<b>BRUGSANVISNING</b>
<div><ul style="list-style-type: none"><li>KERR Life er en hårdtørrende calciumhydroxyd cement med røntgenkontrast. KERR Life anbefales som bundækningsmateriale under alle former for fyldninger, inklusive amalgamer. Life er nemt at blande og giver rigelig tid til udførelse af flere appliceringer, men hærdet i kaviteten hurtigt til et hårdt lag, som kan carves.</li><li>Pres lige store dele base og katalysator ud på blandsingsblokken. Efter spidsen på hver tube for den skrues til, og pas på at hæfterne ikke ombyttes. Materialet bør først trykkes ud på blandsingsblokken umiddelbart for brug.</li><li>Bland base og katalisator med en lille spatel (KERR Mixing Spatula) i cirka 10 sekunder indtil blandingen er fuldstændig homogen. Placer straks Life i kaviterne med en ren, tør kuglestopper (KERR Ballpoint Applicator). For at undgå sammenblanding med det resterende materiale på blokken bør applikator-spidsen i tilfælde af flere på hindanden følgende appliceringer aftores mellem hver applicering.</li></ul></div>
<b>INDIATIONSSOMRÅDE:</b>
<div><ul style="list-style-type: none"><li>KERR Life er en hårdtørrende calciumhydroxyd cement med røntgenkontrast. KERR Life anbefales som bundækningsmateriale under alle former for fyldninger, inklusive amalgamer. Life er nemt at blande og giver rigelig tid til udførelse af flere appliceringer, men hærdet i kaviteten hurtigt til et hårdt lag, som kan carves.</li><li>Pres lige store dele base og katalysator ud på blandsingsblokken. Efter spidsen på hver tube for den skrues til, og pas på at hæfterne ikke ombyttes. Materialet bør først trykkes ud på blandsingsblokken umiddelbart for brug.</li><li>Bland base og katalisator med en lille spatel (KERR Mixing Spatula) i cirka 10 sekunder indtil blandingen er fuldstændig homogen. Placer straks Life i kaviterne med en ren, tør kuglestopper (KERR Ballpoint Applicator). For at undgå sammenblanding med det resterende materiale på blokken bør applikator-spidsen i tilfælde af flere på hindanden følgende appliceringer aftores mellem hver applicering.</li></ul></div>
<b>DEUTSCH</b>
<b>MISCHEN UND APPLIZIEREN</b>
<div><ul style="list-style-type: none"><li>Drücken Sie gleiche Mengen Basis und Katalysator auf den Mischblock</li><li>Entnehmen Sie das Material erst unmittelbar bar vor dem Gebrauch</li><li>Verwechseln Sie nicht die Verschlusskappen</li><li>Reinigen Sie jede Tubenöffnung vor Wiederverschluß von Materialrückständen</li><li>Mischen Sie 10 Sekunden mit einem kleinen Spatel — bis absolut streifenfrei</li><li>Füllen sie die Kavität umgehend mit dem Kerr-Kugelapplikator</li><li>Bei stufenweisem Applizieren reinigen Sie bitte das Füllungs-instrument, bevor Sie wieder angesichtigtes Material aufnehmen</li></ul></div>
<b>FRANCAIS</b>
<b>MELANGE ET APPLICATION</b>
<div><ul style="list-style-type: none"><li>Extraire une quantité égale de base et de catalyseur</li><li>Prélever LIFE juste avant la spatulation</li><li>Ne pas intervenir lié bouchons des tubes</li><li>Essuyer le pas de vis de chaque tube avant de reboucher</li><li>Mélanger avec une petite spatule pendant 10 secondes jusqu'à obtention d'un mélange homogène</li><li>Introduire immédiatement dans la cavité avec un applicateur dont l'extrémité est arrondie</li><li>Nettoyer l'extrémité de l'aapplicateur avant de prélever une nouvelle quantité de mélange lorsque des appliations successives sont pratiquées</li></ul></div>
<b>ITALIANO</b>
<b>MISCELAZIONE E APPLICAZIONE</b>
<div><ul style="list-style-type: none"><li>Spremere uguali lunghezze di base e catalizzatore sul cartoncino d'impasto</li><li>Distribuite il Life immediatamente prima di usarlo</li><li>Non scambiare i tappi sui tubetti</li><li>Pulire il beccuccio di ogni tubetto prima di richiuderlo</li><li>Miscelare la base e il catalizzatore con una spatola di piccole dimensioni per 10 secondi fino ad ottenere un colore uniforme</li><li>Applicare immediatamente il materiale Life nella preparazione con applicatore a punta sferica</li><li>Pulire la punta dell'applicatore prima di rimetterla nel materiale miscelato nel caso di applicazioni con aggiunte successive</li></ul></div>

<b>ENGLISH</b>
<b>MIXING AND APPLICATION</b>
<div><ul style="list-style-type: none"><li>Extrude equal amounts of base and catalyst</li><li>Dispense LIFE just prior to using</li><li>Do not interchange caps</li><li>Wipe nozzle of each tube before replacing cap</li><li>Mix with small spatula for 10 seconds - until streak free</li><li>Place immediately into cavity with Kerr ballpoint applicator</li><li>Wipe applicator tip before replacing into mix when successive applications are made</li></ul></div>
<b>Handling Features</b>
<div><ul style="list-style-type: none"><li>Adequate work time on the pad</li><li>Quick set in the mouth</li><li>Flow characteristics for controlled placement</li><li>Carveable</li></ul></div>
<b>CAUTIONS</b>
<div><ul style="list-style-type: none"><li>High temperature and humidity accelerate set time.</li><li>Store at ambient conditions.</li><li>Keep nozzle clean and replace the cap tightly after use.</li><li>When operating under "dry field" conditions (such as rubber dam) and using the acid-etch technique, there may be insufficient moisture on the cavity floor to effect the set of LIFE as promptly as desired. In such cases, place a small drop of water on the cavity liner. This will cause the material to set quickly.</li><li>Some bonding agents (chemically cured enamel bonding agents, chemically cured dentin/enamel bonding agents and some light activated dentin/enamel bonding agents) possess a high level of benzoyl peroxide and have the potential to cause discoloration of LIFE and LIFE FAST SET.</li><li>It is recommended that you test materials' compatibility by placing the bonding agent and/or dentin bonding agent on the surface of a set LIFE sample (on the mixing pad) to determine systems' compatibility.</li></ul></div>
<b>PROPERTIES</b>
<div><ul style="list-style-type: none"><li>Maintains pulp vitality in cases of exposures and near exposures</li><li>Promotes formation of reparative dentin</li><li>Insulates pulp against thermal shock</li><li>Protects pulp from permanently placed fillings</li><li>Has a high early strength (withstands packing pressures)</li><li>Resistant to acid etching</li><li>Does not inhibit polymerization of acrylic or composite restoration or accessories.</li></ul></div>
<b>WORK TIMES</b>
Work times on pad: <p>Life Minimum of 3 minutes at 75°F (24°C) and 50% humidity</p> <p>Life Fast Set Minimum of 2 minutes at 75°F (24°C) and 50% humidity</p>

<b>SPANISH</b>
<b>MEZCLA Y APLICACION</b>
<div><ul style="list-style-type: none"><li>Exprima cantidades iguales de base y catalizador</li><li>Dispense el material justo en el momento de usarlo</li><li>No intercambie las tapas</li><li>Limpie la boquilla de cada tubo antes de taparlos</li><li>Mexcle con una espátula pequeña por 10 segundos - color uniforme</li><li>Aplíquese inmediatamente en la cavidad con el aplicador esférico Kerr</li><li>Limpie la punta del aplicador antes de introducirlo en la mezcla si se van a hacer aplicaciones sucesivas</li></ul></div>
<b>DANSK</b>
<b>BRUGSANVISNING</b>
<div><ul style="list-style-type: none"><li>KERR Life er en hårdtørrende calciumhydroxyd cement med røntgenkontrast. KERR Life anbefales som bundækningsmateriale under alle former for fyldninger, inklusive amalgamer. Life er nemt at blande og giver rigelig tid til udførelse af flere appliceringer, men hærdet i kaviteten hurtigt til et hårdt lag, som kan carves.</li><li>Pres lige store dele base og katalysator ud på blandsingsblokken. Efter spidsen på hver tube for den skrues til, og pas på at hæfterne ikke ombyttes. Materialet bør først trykkes ud på blandsingsblokken umiddelbart for brug.</li><li>Bland base og katalisator med en lille spatel (KERR Mixing Spatula) i cirka 10 sekunder indtil blandingen er fuldstændig homogen. Placer straks Life i kaviterne med en ren, tør kuglestopper (KERR Ballpoint Applicator). For at undgå sammenblanding med det resterende materiale på blokken bør applikator-spidsen i tilfælde af flere på hindanden følgende appliceringer aftores mellem hver applicering.</li></ul></div>
<b>INDIATIONSSOMRÅDE:</b>
<div><ul style="list-style-type: none"><li>KERR Life er en hårdtørrende calciumhydroxyd cement med røntgenkontrast. KERR Life anbefales som bundækningsmateriale under alle former for fyldninger, inklusive amalgamer. Life er nemt at blande og giver rigelig tid til udførelse af flere appliceringer, men hærdet i kaviteten hurtigt til et hårdt lag, som kan carves.</li><li>Pres lige store dele base og katalysator ud på blandsingsblokken. Efter spidsen på hver tube for den skrues til, og pas på at hæfterne ikke ombyttes. Materialet bør først trykkes ud på blandsingsblokken umiddelbart for brug.</li><li>Bland base og katalisator med en lille spatel (KERR Mixing Spatula) i cirka 10 sekunder indtil blandingen er fuldstændig homogen. Placer straks Life i kaviterne med en ren, tør kuglestopper (KERR Ballpoint Applicator). For at undgå sammenblanding med det resterende materiale på blokken bør applikator-spidsen i tilfælde af flere på hindanden følgende appliceringer aftores mellem hver applicering.</li></ul></div>
<b>DEUTSCH</b>
<b>MISCHEN UND APPLIZIEREN</b>
<div><ul style="list-style-type: none"><li>Drücken Sie gleiche Mengen Basis und Katalysator auf den Mischblock</li><li>Entnehmen Sie das Material erst unmittelbar bar vor dem Gebrauch</li><li>Verwechseln Sie nicht die Verschlusskappen</li><li>Reinigen Sie jede Tubenöffnung vor Wiederverschluß von Materialrückständen</li><li>Mischen Sie 10 Sekunden mit einem kleinen Spatel — bis absolut streifenfrei</li><li>Füllen sie die Kavität umgehend mit dem Kerr-Kugelapplikator</li><li>Bei stufenweisem Applizieren reinigen Sie bitte das Füllungs-instrument, bevor Sie wieder angesichtigtes Material aufnehmen</li></ul></div>
<b>FRANCAIS</b>
<b>MELANGE ET APPLICATION</b>
<div><ul style="list-style-type: none"><li>Extraire une quantité égale de base et de catalyseur</li><li>Prélever LIFE juste avant la spatulation</li><li>Ne pas intervenir lié bouchons des tubes</li><li>Essuyer le pas de vis de chaque tube avant de reboucher</li><li>Mélanger avec une petite spatule pendant 10 secondes jusqu'à obtention d'un mélange homogène</li><li>Introduire immédiatement dans la cavité avec un applicateur dont l'extrémité est arrondie</li><li>Nettoyer l'extrémité de l'aapplicateur avant de prélever une nouvelle quantité de mélange lorsque des appliations successives sont pratiquées</li></ul></div>
<b>ITALIANO</b>
<b>MISCELAZIONE E APPLICAZIONE</b>
<div><ul style="list-style-type: none"><li>Spremere uguali lunghezze di base e catalizzatore sul cartoncino d'impasto</li><li>Distribuite il Life immediatamente prima di usarlo</li><li>Non scambiare i tappi sui tubetti</li><li>Pulire il beccuccio di ogni tubetto prima di richiuderlo</li><li>Miscelare la base e il catalizzatore con una spatola di piccole dimensioni per 10 secondi fino ad ottenere un colore uniforme</li><li>Applicare immediatamente il materiale Life nella preparazione con applicatore a punta sferica</li><li>Pulire la punta dell'applicatore prima di rimetterla nel materiale miscelato nel caso di applicazioni con aggiunte successive</li></ul></div>

<b>ENGLISH</b>
<b>MIXING AND APPLICATION</b>
<div><ul style="list-style-type: none"><li>Extrude equal amounts of base and catalyst</li><li>Dispense LIFE just prior to using</li><li>Do not interchange caps</li><li>Wipe nozzle of each tube before replacing cap</li><li>Mix with small spatula for 10 seconds - until streak free</li><li>Place immediately into cavity with Kerr ballpoint applicator</li><li>Wipe applicator tip before replacing into mix when successive applications are made</li></ul></div>
<b>Handling Features</b>
<div><ul style="list-style-type: none"><li>Adequate work time on the pad</li><li>Quick set in the mouth</li><li>Flow characteristics for controlled placement</li><li>Carveable</li></ul></div>
<b>CAUTIONS</b>
<div><ul style="list-style-type: none"><li>High temperature and humidity accelerate set time.</li><li>Store at ambient conditions.</li><li>Keep nozzle clean and replace the cap tightly after use.</li><li>When operating under "dry field" conditions (such as rubber dam) and using the acid-etch technique, there may be insufficient moisture on the cavity floor to effect the set of LIFE as promptly as desired. In such cases, place a small drop of water on the cavity liner. This will cause the material to set quickly.</li><li>Some bonding agents (chemically cured enamel bonding agents, chemically cured dentin/enamel bonding agents and some light activated dentin/enamel bonding agents) possess a high level of benzoyl peroxide and have the potential to cause discoloration of LIFE and LIFE FAST SET.</li><li>It is recommended that you test materials' compatibility by placing the bonding agent and/or dentin bonding agent on the surface of a set LIFE sample (on the mixing pad) to determine systems' compatibility.</li></ul></div>
<b>PROPERTIES</b>
<div><ul style="list-style-type: none"><li>Maintains pulp vitality in cases of exposures and near exposures</li><li>Promotes formation of reparative dentin</li><li>Insulates pulp against thermal shock</li><li>Protects pulp from permanently placed fillings</li><li>Has a high early strength (withstands packing pressures)</li><li>Resistant to acid etching</li><li>Does not inhibit polymerization of acrylic or composite restoration or accessories.</li></ul></div>
<b>WORK TIMES</b>
Work times on pad: <p>Life Minimum of 3 minutes at 75°F (24°C) and 50% humidity</p> <p>Life Fast Set Minimum of 2 minutes at 75°F (24°C) and 50% humidity</p>

<b>SPANISH</b>
<b>MEZCLA Y APLICACION</b>
<div><ul style="list-style-type: none"><li>Exprima cantidades iguales de base y catalizador</li><li>Dispense el material justo en el momento de usarlo</li><li>No intercambie las tapas</li><li>Limpie la boquilla de cada tubo antes de taparlos</li><li>Mexcle con una espátula pequeña por 10 segundos - color uniforme</li><li>Aplíquese inmediatamente en la cavidad con el aplicador esférico Kerr</li><li>Limpie la punta del aplicador antes de introducirlo en la mezcla si se van a hacer aplicaciones sucesivas</li></ul></div>
<b>DANSK</b>
<b>BRUGSANVISNING</b>
<div><ul style="list-style-type: none"><li>KERR Life er en hårdtørrende calciumhydroxyd cement med røntgenkontrast. KERR Life anbefales som bundækningsmateriale under alle former for fyldninger, inklusive amalgamer. Life er nemt at blande og giver rigelig tid til udførelse af flere appliceringer, men hærdet i kaviteten hurtigt til et hårdt lag, som kan carves.</li><li>Pres lige store dele base og katalysator ud på blandsingsblokken. Efter spidsen på hver tube for den skrues til, og pas på at hæfterne ikke ombyttes. Materialet bør først trykkes ud på blandsingsblokken umiddelbart for brug.</li><li>Bland base og katalisator med en lille spatel (KERR Mixing Spatula) i cirka 10 sekunder indtil blandingen er fuldstændig homogen. Placer straks Life i kaviterne med en ren, tør kuglestopper (KERR Ballpoint Applicator). For at undgå sammenblanding med det resterende materiale på blokken bør applikator-spidsen i tilfælde af flere på hindanden følgende appliceringer aftores mellem hver applicering.</li></ul></div>
<b>INDIATIONSSOMRÅDE:</b>
<div><ul style="list-style-type: none"><li>KERR Life er en hårdtørrende calciumhydroxyd cement med røntgenkontrast. KERR Life anbefales som bundækningsmateriale under alle former for fyldninger, inklusive amalgamer. Life er nemt at blande og giver rigelig tid til udførelse af flere appliceringer, men hærdet i kaviteten hurtigt til et hårdt lag, som kan carves.</li><li>Pres lige store dele base og katalysator ud på blandsingsblokken. Efter spidsen på hver tube for den skrues til, og pas på at hæfterne ikke ombyttes. Materialet bør først trykkes ud på blandsingsblokken umiddelbart for brug.</li><li>Bland base og katalisator med en lille spatel (KERR Mixing Spatula) i cirka 10 sekunder indtil blandingen er fuldstændig homogen. Placer straks Life i kaviterne med en ren, tør kuglestopper (KERR Ballpoint Applicator). For at undgå sammenblanding med det resterende materiale på blokken bør applikator-spidsen i tilfælde af flere på hindanden følgende appliceringer aftores mellem hver applicering.</li></ul></div>
<b>DEUTSCH</b>
<b>MISCHEN UND APPLIZIEREN</b>
<div><ul style="list-style-type: none"><li>Drücken Sie gleiche Mengen Basis und Katalysator auf den Mischblock</li><li>Entnehmen Sie das Material erst unmittelbar bar vor dem Gebrauch</li><li>Verwechseln Sie nicht die Verschlusskappen</li><li>Reinigen Sie jede Tubenöffnung vor Wiederverschluß von Materialrückständen</li><li>Mischen Sie 10 Sekunden mit einem kleinen Spatel — bis absolut streifenfrei</li><li>Füllen sie die Kavität umgehend mit dem Kerr-Kugelapplikator</li><li>Bei stufenweisem Applizieren reinigen Sie bitte das Füllungs-instrument, bevor Sie wieder angesichtigtes Material aufnehmen</li></ul></div>
<b>FRANCAIS</b>
<b>MELANGE ET APPLICATION</b>
<div><ul style="list-style-type: none"><li>Extraire une quantité égale de base et de catalyseur</li><li>Prélever LIFE juste avant la spatulation</li><li>Ne pas intervenir lié bouchons des tubes</li><li>Essuyer le pas de vis propre et reboucher hermétiquement le</li></ul></div>
<b>ITALIANO</b>
<b>MISCELAZIONE E APPLICAZIONE</b>
<div><ul style="list-style-type: none"><li>Spremere uguali lunghezze di base e catalizzatore sul cartoncino d'impasto</li><li>Distribuite il Life immediatamente prima di usarlo</li><li>Non scambiare i tappi sui tubetti</li><li>Pulire il beccuccio di ogni tubetto prima di richiuderlo</li><li>Miscelare la base e il catalizzatore con una spatola di piccole dimensioni per 10 secondi fino ad ottenere un colore uniforme</li><li>Applicare immediatamente il materiale Life nella preparazione con applicatore a punta sferica</li><li>Pulire la punta dell'applicatore prima di rimetterla nel materiale miscelato nel caso di applicazioni con aggiunte successive</li></ul></div>

- tube après utilisation.
- En cas de cavité sèche (sous digue en caotchoue) et après mordançage, une humidité insuffisante peut ralentir la prise du LIFE. Pour permettre au matériau de prendre plus rapidement, il est nécessaire d'humidifier légèrement le fond de la cavité.

<b>PROPRIETIES</b>
<div><ul style="list-style-type: none"><li>Conserve la vitalité pulpaire en cas de pulpe exposée ou sur le pointe de l'être</li><li>Accélére la formation de dentine secondaire</li><li>Isolej la pulpe des chocs thermiques</li><li>Protège la pulpe de l'obturation définitive</li><li>Résiste à l'acide de mordançage</li><li>N'altère pas la polymérisation des restaurations acryliques ou au composite</li><li>Radio-opaque</li></ul></div>
<b>TEMPS DE TRAVAIL</b>
Temps de travail sur le block mélange: <p>LIFE: 3 minutes minimum à 24°C et 50<span> </span>% d'humidité</p> <p>LIFE A PRISE RAPIDE: 2 minutes minimum à 24°C et 50<span> </span>% d'humidité</p>
<b>CAUTIONS</b>
<div><ul style="list-style-type: none"><li>Haute température et humidité accélèrent le set time.</li><li>Stockez dans des conditions ambiantes.</li><li>Gardez le bouchon propre et remplacez le capot après utilisation.</li><li>En opérant sous des conditions "à sec" (telles qu'un damier en caoutchouc) et utilisant la technique de l'acid-etch, il peut y avoir une humidité insuffisante sur le plancher de la cavité pour effectuer le set de LIFE aussi rapidement que souhaité. Dans de tels cas, placez une petite goutte d'eau dans la cavité liner. Ceci provoquera le set du matériau plus rapidement.</li><li>Certains agents de scellement (agents de scellement dentaire/enamel chimiquement durcis, agents de scellement dentaire/enamel chimiquement durcis activés par la lumière et agents de scellement dentaire/enamel chimiquement durcis activés par la lumière) possèdent un haut niveau de peroxyde de benzoyl et ont le potentiel de causer une décoloration de LIFE et LIFE FAST SET.</li><li>Il est recommandé que vous testiez la compatibilité des matériaux en plaçant l'agent de scellement et/ou l'agent de scellement dentaire sur la surface d'un échantillon de LIFE sample (sur le pad de mélange) pour déterminer la compatibilité des systèmes.</li></ul></div>
<b>PROPERTIES</b>
<div><ul style="list-style-type: none"><li>Maintains pulp vitality in cases of exposures and near exposures</li><li>Promotes formation of reparative dentin</li><li>Insulates pulp against thermal shock</li><li>Protects pulp from permanently placed fillings</li><li>Has a high early strength (withstands packing pressures)</li><li>Resistant to acid etching</li><li>Does not inhibit polymerization of acrylic or composite restoration or accessories.</li></ul></div>
<b>WORK TIMES</b>
Work times on pad: <p>Life Minimum of 3 minutes at 75°F (24°C) and 50% humidity</p> <p>Life Fast Set Minimum of 2 minutes at 75°F (24°C) and 50% humidity</p>

<b>SPANISH</b>
<b>MEZCLA Y APLICACION</b>
<div><ul style="list-style-type: none"><li>Exprima cantidades iguales de base y catalizador</li><li>Dispense el material justo en el momento de usarlo</li><li>No intercambie las tapas</li><li>Limpie la boquilla de cada tubo antes de taparlos</li><li>Mexcle con una espátula pequeña por 10 segundos - color uniforme</li><li>Aplíquese inmediatamente en la cavidad con el aplicador esférico Kerr</li><li>Limpie la punta del aplicador antes de introducirlo en la mezcla si se van a hacer aplicaciones sucesivas</li></ul></div>
<b>DANSK</b>
<b>BRUGSANVISNING</b>
<div><ul style="list-style-type: none"><li>KERR Life er en hårdtørrende calciumhydroxyd cement med røntgenkontrast. KERR Life anbefales som bundækningsmateriale under alle former for fyldninger, inklusive amalgamer. Life er nemt at blande og giver rigelig tid til udførelse af flere appliceringer, men hærdet i kaviteten hurtigt til et hårdt lag, som kan carves.</li><li>Pres lige store dele base og katalysator ud på blandsingsblokken. Efter spidsen på hver tube for den skrues til, og pas på at hæfterne ikke ombyttes. Materialet bør først trykkes ud på blandsingsblokken umiddelbart for brug.</li><li>Bland base og katalisator med en lille spatel (KERR Mixing Spatula) i cirka 10 sekunder indtil blandingen er fuldstændig homogen. Placer straks Life i kaviterne med en ren, tør kuglestopper (KERR Ballpoint Applicator). For at undgå sammenblanding med det resterende materiale på blokken bør applikator-spidsen i tilfælde af flere på hindanden følgende appliceringer aftores mellem hver applicering.</li></ul></div>
<b>INDIATIONSSOMRÅDE:</b>
<div><ul style="list-style-type: none"><li>KERR Life er en hårdtørrende calciumhydroxyd cement med røntgenkontrast. KERR Life anbefales som bundækningsmateriale under alle former for fyldninger, inklusive amalgamer. Life er nemt at blande og giver rigelig tid til udførelse af flere appliceringer, men hærdet i kaviteten hurtigt til et hårdt lag, som kan carves.</li><li>Pres lige store dele base og katalysator ud på blandsingsblokken. Efter spidsen på hver tube for den skrues til, og pas på at hæfterne ikke ombyttes. Materialet bør først trykkes ud på blandsingsblokken umiddelbart for brug.</li><li>Bland base og katalisator med en lille spatel (KERR Mixing Spatula) i cirka 10 sekunder indtil blandingen er fuldstændig homogen. Placer straks Life i kaviterne med en ren, tør kuglestopper (KERR Ballpoint Applicator). For at undgå sammenblanding med det resterende materiale på blokken bør applikator-spidsen i tilfælde af flere på hindanden følgende appliceringer aftores mellem hver applicering.</li></ul></div>
<b>DEUTSCH</b>
<b>MISCHEN UND APPLIZIEREN</b>
<div><ul style="list-style-type: none"><li>Drücken Sie gleiche Mengen Basis und Katalysator auf den Mischblock</li><li>Entnehmen Sie das Material erst unmittelbar bar vor dem Gebrauch</li><li>Verwechseln Sie nicht die Verschlusskappen</li><li>Reinigen Sie jede Tubenöffnung vor Wiederverschluß von Materialrückständen</li><li>Mischen Sie 10 Sekunden mit einem kleinen Spatel — bis absolut streifenfrei</li><li>Füllen sie die Kavität umgehend mit dem Kerr-Kugelapplikator</li><li>Bei stufenweisem Applizieren reinigen Sie bitte das Füllungs-instrument, bevor Sie wieder angesichtigtes Material aufnehmen</li></ul></div>
<b>FRANCAIS</b>
<b>MELANGE ET APPLICATION</b>
<div><ul style="list-style-type: none"><li>Extraire une quantité égale de base et de catalyseur</li><li>Prélever LIFE juste avant la spatulation</li><li>Ne pas intervenir lié bouchons des tubes</li><li>Essuyer le pas de vis propre et reboucher hermétiquement le</li></ul></div>
<b>ITALIANO</b>
<b>MISCELAZIONE E APPLICAZIONE</b>
<div><ul style="list-style-type: none"><li>Spremere uguali lunghezze di base e catalizzatore sul cartoncino d'impasto</li><li>Distribuite il Life immediatamente prima di usarlo</li><li>Non scambiare i tappi sui tubetti</li><li>Pulire il beccuccio di ogni tubetto prima di richiuderlo</li><li>Miscelare la base e il catalizzatore con una spatola di piccole dimensioni per 10 secondi fino ad ottenere un colore uniforme</li><li>Applicare immediatamente il materiale Life nella preparazione con applicatore a punta sferica</li><li>Pulire la punta dell'applicatore prima di rimetterla nel materiale miscelato nel caso di applicazioni con aggiunte successive</li></ul></div>

<b>SPANISH</b>
<b>MEZCLA Y APLICACION</b>
<div><ul style="list-style-type: none"><li>Exprima cantidades iguales de base y catalizador</li><li>Dispense el material justo en el momento de usarlo</li><li>No intercambie las tapas</li><li>Limpie la boquilla de cada tubo antes de taparlos</li><li>Mexcle con una espátula pequeña por 10 segundos - color uniforme</li><li>Aplíquese inmediatamente en la cavidad con el aplicador esférico Kerr</li><li>Limpie la punta del aplicador antes de introducirlo en la mezcla si se van a hacer aplicaciones sucesivas</li></ul></div>
<b>DANSK</b>
<b>BRUGSANVISNING</b>
<div><ul style="list-style-type: none"><li>KERR Life er en hårdtørrende calciumhydroxyd cement med røntgenkontrast. KERR Life anbefales som bundækningsmateriale under alle former for fyldninger, inklusive amalgamer. Life er nemt at blande og giver rigelig tid til udførelse af flere appliceringer, men hærdet i kaviteten hurtigt til et hårdt lag, som kan carves.</li><li>Pres lige store dele base og katalysator ud på blandsingsblokken. Efter spidsen på hver tube for den skrues til, og pas på at hæfterne ikke ombyttes. Materialet bør først trykkes ud på blandsingsblokken umiddelbart for brug.</li><li>Bland base og katalisator med en lille spatel (KERR Mixing Spatula) i cirka 10 sekunder indtil blandingen er fuldstændig homogen. Placer straks Life i kaviterne med en ren, tør kuglestopper (KERR Ballpoint Applicator). For at undgå sammenblanding med det resterende materiale på blokken bør applikator-spidsen i tilfælde af flere på hindanden følgende appliceringer aftores mellem hver applicering.</li></ul></div>
<b>INDIATIONSSOMRÅDE:</b>
<div><ul style="list-style-type: none"><li>KERR Life er en hårdtørrende calciumhydroxyd cement med røntgenkontrast. KERR Life anbefales som bundækningsmateriale under alle former for fyldninger, inklusive amalgamer. Life er nemt at blande og giver rigelig tid til udførelse af flere appliceringer, men hærdet i kaviteten hurtigt til et hårdt lag, som kan carves.</li><li>Pres lige store dele base og katalysator ud på blandsingsblokken. Efter spidsen på hver tube for den skrues til, og pas på at hæfterne ikke ombyttes. Materialet bør først trykkes ud på blandsingsblokken umiddelbart for brug.</li><li>Bland base og katalisator med en lille spatel (KERR Mixing Spatula) i cirka 10 sekunder indtil blandingen er fuldstændig homogen. Placer straks Life i kaviterne med en ren, tør kuglestopper (KERR Ballpoint Applicator). For at undgå sammenblanding med det resterende materiale på blokken bør applikator-spidsen i tilfælde af flere på hindanden følgende appliceringer aftores mellem hver applicering.</li></ul></div>
<b>DEUTSCH</b>
<b>MISCHEN UND APPLIZIEREN</b>
<div><ul style="list-style-type: none"><li>Drücken Sie gleiche Mengen Basis und Katalysator auf den Mischblock</li><li>Entnehmen Sie das Material erst unmittelbar bar vor dem Gebrauch</li><li>Verwechseln Sie nicht die Verschlusskappen</li><li>Reinigen Sie jede Tubenöffnung vor Wiederverschluß von Materialrückständen</li><li>Mischen Sie 10 Sekunden mit einem kleinen Spatel — bis absolut streifenfrei</li><li>Füllen sie die Kavität umgehend mit dem Kerr-Kugelapplikator</li><li>Bei stufenweisem Applizieren reinigen Sie bitte das Füllungs-instrument, bevor Sie wieder angesichtigtes Material aufnehmen</li></ul></div>
<b>FRANCAIS</b>
<b>MELANGE ET APPLICATION</b>
<div><ul style="list-style-type: none"><li>Extraire une quantité égale de base et de catalyseur</li><li>Prélever LIFE juste avant la spatulation</li><li>Ne pas intervenir lié bouchons des tubes</li><li>Essuyer le pas de vis propre et reboucher hermétiquement le</li></ul></div>
<b>ITALIANO</b>



